


DOMINUS[®]

COM INDICAÇÃO PARA
COARCTAÇÃO DE AORTA (CoA)



Descrição: Endoprótese metálica autoexpansível com revestimento de poliéster de baixa porosidade e estrutura de Nitinol.


Indicação: Para correção endovascular de coarctação de aorta.

ALTA FORÇA RADIAL




Sutura

Suturas em poliéster para fixação do esqueleto metálico



Revestimento

Poliéster tubular de baixa porosidade



Nitinol

Liga metálica superelástica com memória térmica Grande resistência à corrosão e fadiga



Marcas Radiopacas


Maior precisão no posicionamento



Perfil do Sistema de Entrega: 18 Fr



| Códigos | Modelos |
|---------|--|
| 607476 | ENDOPROTESE S.G. DOMINUS 18/50 - 18FR |
| 607478 | ENDOPROTESE S.G. DOMINUS 20/50 - 18FR |
| 607480 | ENDOPROTESE S.G. DOMINUS 22/50 - 18FR |
| 611663 | ENDOPROTESE S.G. DOMINUS 22/50 (FF25) - 18FR |
| 611664 | ENDOPROTESE S.G. DOMINUS 18/50 (FF25) - 18FR |
| 611665 | ENDOPROTESE S.G. DOMINUS 20/50 (FF25) - 18FR |



| A | B | C |
|---------------|------------------|---------------------|
| Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Acabamento Proximal |
| 18 - 20 - 22 | 50 | Free Flow(25mm) |
| 18 - 20 - 22 | 50 | Open Web |

*Consulte disponibilidade de outras medidas.

Código Catálogo 608503
Rev. 02 - Jun/ 2022

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA: nº 10159030093
www.braile.com.br

