

Anel para Anuloplastia Valvar Rígido - Gregori




Aplicabilidade Simples
Remodelagem precisa
de Anel Mitral
Aberto, permitindo
crescimento do Anel Mitral
Experiência

Descrição:

Forma de um semi-círculo com uma parte retificada desde o seu ponto médio até próximo a sua extremidade que corresponderá na sua aplicação a comissura pôstero-mediana. Construído de aço inoxidável, recoberto por um tubo de silicone e revestido de poliéster.

Indicação:

O Anel para Anuloplastia Valvar Rígido Gregori é utilizado para plástica mitral na cirurgia reconstrutiva da valva mitral, cujo o objetivo é recolocar em posição anatômica natural a valva mitral retraída, remodelar as comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças de tração por meio de pregueamento.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (mm)**

Tamanho	A ± 0,5	B ± 0,5	C ± 0,5	D ± 0,5	E ± 0,5	F ± 0,5	Código
24	17	3	18,5	4,5	20,5	22	2158
26	18	3	19,5	4,5	22,5	24	2161
28	20	3	21,5	4,5	24,5	26	2474
30	21	3	22,5	4,5	26,5	28	2187
32	22	4	23,5	5,5	27,5	29	2190
34	24	4	25,5	5,5	29,5	31	2202
36	25,5	4	27	5,5	30,5	32	2215
38	27	4	28,5	5,5	33,5	35	42147